

## ウォッシャーディスインフェクター一式 仕様書

### 1. 調達物品及び構成内訳

- (1) ウォッシャーディスインフェクター 一式
- (2) システム構成内訳
  - ・ ウォッシャーディスインフェクター 1台
  - ・ 器具用2段ラック（上段・下段ラック） 1台
  - ・ 専用架台 1台
  - ・ 排気コンデンサー（スチームコンデンサー） 1台
  - ・ 運送運搬搬入据付二次側配管接続工事 1式

### 2. 性能、機能に関する要件

- (1) 洗浄消毒装置の国際規格 ISO15883-1 及び 2 に準拠した装置であること。
- (2) 装置本体外形寸法は、横幅 900mm、奥行 700mm、高さ 1,505mm 以内であること。
- (3) 横幅 485mm、奥行 250mm、高さ 55mm 程度のバスケットを積み重ねることなく、1回の運転で4~6枚を処理する能力を有すること。
- (4) 器材洗浄の洗浄時間が60分~100分程度で処理する能力を有していること。
- (5) 洗浄・すすぎ・熱消毒・乾燥工程のプログラムは任意で設定できる機能を有すること。
- (6) プログラムを液晶ディスプレイで表示し、任意でプログラムを選択できること。
- (7) ディスプレイは、ガラスないし樹脂でコーティングされた液晶で、表示可能言語は常用漢字・ひらがな・カタカナ・英数字であること。
- (8) 本体に接続する排気コンデンサーを有すること（スチームコンデンサー機能を有すること）。

### 3. その他特記事項

- (1) 納入後1年間は保証期間として、消耗品以外の全ての部品の無償保証に応じること。
- (2) 当該装置はメーカーの技術員若しくはメーカーのメンテナンストレーニングを受けている者による迅速なサービス体制が整備されていること。また、早急な復旧を可能にするサービス体制を有すること。
- (3) 納入物品には、基本的機能を損なわないよう必要な付属品等を備えること。
- (4) 納入物品は、納入後において耐用年数中は稼働に必要な消耗品及び故障時における交換部品の安定した供給が確保されていること。

- (5) 機器の運搬、搬入、取付、試運転、調整、既存装置撤去を行うこと。  
また、購入費には既存のウォッシャーディスインフェクター洗浄装置等の撤去にかかる経費を含むものとする。
- (6) 設置に伴い必要となる、電源、排気管、給水管、給湯管、排水管等の接続については、当院と協議の上行うこと。
- (7) 落札から納入までの間に装置の仕様変更やソフトウェアのバージョンアップがあった場合は、当院と協議の上最新の仕様にて引き渡すこと。
- (8) 機器の取り扱いや操作の方法について十分な説明・指導を行うこと。
- (9) 取扱説明書及び簡易取扱説明書は、日本語版で1部以上提供し、また、電子媒体での提供も行うこと。
- (10) 本仕様書に明示無き事項については、当院の指示のもとに実施すること。