

# 温冷配膳車仕様書

## 1. 物品名及び構成内容

物品名：温冷配膳車・手動式・リバーシブルタイプ

数 量：1 台

電 源：3 相 200V

規 格：24 膳（20 膳可）

トレイ寸法：幅 482×奥行 325×高さ 15mm（仕切りトレイ）（同程度可）

## 2. 要求内容

- (1) 内部ステンレス鋼板を使用し、水洗い可能でさびにくいこと。
- (2) 庫内はアルコール消毒による掃除が可能なこと。
- (3) 庫内側面に突起物がなく、拭き掃除が容易な構造であること。
- (4) レール部の他、温冷を分けるセパレーターが取り外し可能で、拭き掃除ができること。
- (5) フィルターは、上部ユニットから簡単に引き抜き掃除ができること。
- (6) 除霜水用排水タンク付きであること。タンクは、水漏れを防ぐため内蔵タイプであり、取り外しが簡単であること。
- (7) デジタル式 LED 温度表示パネルで庫内温度と設定温度が同時に表示及び設定ができ、温蔵室と冷蔵室は別々に運転ができること。
- (8) リバーシブル方式で、温と冷の配分をトレイごとに変更できること。
- (9) 設定温度は、冷蔵室 5℃から 15℃、温蔵室 60℃から 80℃までの範囲内であること。
- (10) 扉は 90 度を開いた位置で止めることができ、トレイは左右両側（パススルー）から同時に出し入れ可能であること。また、外側は 270 度、内側は 180 度まで開くことができ、扉を開いても通行や作業の妨げにならない構造であること。
- (11) 本体に漏電ブレーカーを装備すること。
- (12) 高強度のバンパーを使用し、部品交換の際は、パーツ交換が最低限で済む工夫がされていること。

- (13) マグネット式コンセント採用であること。
- (14) 片側ハンドル部に手動式ハンドブレーキを装備すること。
- (15) 電源入タイマ搭載があれば装備すること。

### 3. 搬入、据付及び調整

- (1) 既存機器の運搬から撤去までの費用は本調達に含めること。また、搬入、据付、運送等の費用についても本調達に含めること。
- (2) 設置のスケジュールについては、当院職員と協議のうえその指示によること。

### 4. 保守体制

- (1) 納入後1年間は、通常使用により故障した場合は無償で対応すること。
- (2) 円滑な運用を実現するための点検、調整及び技術的サポート体制を有していること。
- (3) 入札前に保守見積を提案すること。