

高圧蒸気滅菌装置一式 仕様書

伊豆赤十字病院

1. 調達物品の名称及び構成内訳

高圧蒸気滅菌装置 1台

※装置搬入、据付、配管、配線・接続及び試運転調整を含む（二次側工事）。また、既存の大型高圧蒸気滅菌器の撤去にかかる経費を含む（搬出処分は産廃業者）。

2. 性能、機能に関する要件

(1) 本体構造

- ① 本体外形寸法は、幅 1700mm×高さ 1800mm×奥行 1630mm 以内であること。
- ② 内缶寸法は、幅 360mm×高さ 500mm×奥行 700mm 以上であり、内缶容積は 146 L 以上であること。
- ③ 27 cm丸形カストが 6 個収納可能であること。
- ④ 缶体構造はオールステンレス二重構造であること。
- ⑤ 圧力容器規格は、小型圧力容器又は蒸気発生器内臓の第一種圧力容器であり、ボイラ設備なしで使用できること。
- ⑥ 最高使用圧力は、0.128Mpa 以上であること。
- ⑦ 軟水機又はカートリッジを内臓若しくはオプションで追加すること。
- ⑧ 扉は自動締付・上下自動スライド開閉式構造で片扉方式であること。
また、扉開閉時の挟み込み防止等安全装置が搭載されていること。

(2) 機能性

- ① 滅菌温度が 115～121℃若しくは 115～135℃の範囲の設定ができること。
- ② 液晶表示で、操作性、視認性が簡便であること。
- ③ 滅菌プログラムにより、滅菌物に適した滅菌機能が選択できること。
- ④ 記録計を標準仕様とし、日常の滅菌管理が行える機能を有すること。

3. その他特記事項

- (1) 納入後1年間は保証期間として、消耗品以外の全ての部品の無償保証に応じること。
- (2) 当該装置はメーカーの技術員による迅速なサービス体制が整備されていること。
また、故障発生時には迅速な対応が出来る拠点展開を図っていること。
- (3) 納入物品には、基本的機能を損なわないよう必要な付属品等を備えること。
また、梱包材等は回収すること。
- (4) 納入物品は、納入後において耐用年数中は稼働に必要な消耗品及び故障時における交換部品の安定した供給が確保されていること。
- (5) 機器の搬入、据付、配線、配管および調整については、担当職員と十分に打ち合わせの上その指示に従うこと。
- (6) 当院が用意する一次側の給排水設備、配管、電源設備等以外に必要な設備は当院と協議の上行うこと。また、費用については負担すること。
- (7) 落札から納入までの間に装置の仕様変更やソフトウェアのバージョンアップがあった場合は、当院と協議の上最新の仕様にて引き渡すこと。
- (8) 機器の取り扱いや操作の方法について十分な説明・指導を行うこと。
- (9) 本仕様書に明示無き事項については、当院の指示のもとに実施すること。